

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę myjni automatycznej do endoskopów – nr sprawy: ZP 8.7/6/10/2016

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia była wyposażona w dwie niezależne komory mycia, umożliwiające asynchroniczne mycie dwóch endoskopów? Pod względem funkcjonalnym proponowane rozwiązanie jest znacznie bardziej funkcjonalne niż myjnie jednokomorowe, które wymuszają oczekiwanie na 2 instrumenty tego samego rodzaju. W myjni z dwoma komorami można w tym samym czasie w sposób bezpieczny myć i gastroskop i kolonoskop.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga 1 komory w której można myć 2 endoskopy jednocześnie lub 1 endoskop.

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie producentów oraz modeli endoskopów, które posiada Zamawiający.

Odpowiedź:

Producent OLYMPUS Polska S.A. różne modele.

Pytanie nr 3

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie przeprowadzało test szczelności w sposób ciągły w trakcie trwania całego procesu mycia i dezynfekcji? Na rynku dostępne są również urządzenia, które przeprowadzają test szczelności tylko i wyłącznie na początku każdej fazy cyklu mycia i dezynfekcji.

Odpowiedź:

Zamawiający określił warunek- kontrola szczelności podczas całego procesu.

Pytanie nr 4

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie było wyposażone w czytnik kodów kreskowych czy tylko by posiadało możliwość jego podłączenia?

Odpowiedź:

Zamawiający określił warunek jako możliwość podłączenia skanera kodów paskowych.

Pytanie nr 5

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby wraz z myjnią zostało dostarczone oprogramowanie do archiwizacji procesów mycia i dezynfekcji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dostawy komputera.

Pytanie nr 6

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby wraz z myjnią dostarczyć komputer na którym ma być zainstalowane oprogramowanie do archiwizacji procesów mycia i dezynfekcji? Jeśli tak, to prosimy o podanie parametrów komputera.

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi na pytanie 5

Pytanie nr 7

Ponieważ praktycznie w każdej myjni dezynfektorze do endoskopów można stosować wszystkie dostępne na rynku środki dedykowane do tego typu urządzeń prosimy o odstępnie od wymogu p. 26. Jedynym elementem warunkującym możliwość stosowania danego środka jest przeprowadzenie walidacji procesu mycia i dezynfekcji z danym zestawem. Ponieważ na rynku dostępne są setki różnych środków dedykowanych do myjni endoskopowych, producenci urządzeń wybierają 1, 2 zestawy dla których przeprowadzają walidację. W innych przypadkach to producent środków chemicznych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie walidacji procesu ze swoimi produktami.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga listy środków dopuszczonych przez producenta myjni co daje możliwość zakupu środków w przyszłości w sposób konkurencyjny.

Pytanie nr 8

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga podania jedynie kosztów zużycia środków czy również kalkulacja powinna uwzględniać zużycie mediów (wody, prądu itp.)? Na rynku dostępne są myjnie, które w czasie procesu mycia i dezynfekcji zużywają znaczne (nawet ponad 100l) ilości wody oraz energii elektrycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający określił, że wymaga kalkulacji dot. Zużycia środków.

Pytanie nr 9

Prosimy o podanie dla jakiego programu ma być podana kalkulacja kosztów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga kalkulacji dla standardowego programu dla 2 endoskopów.

Pytanie nr 10

Prosimy o podanie jaki wpływ na ocenę oferty będzie miała podana wartość kosztów 1 cyklu jeżeli jedynymi kryteriami podanymi w SIWZ są cena (80%) oraz termin dostawy (20%)?

Odpowiedź:

Dane te mają walor informacyjny.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w drukarkę zewnętrzną, ustawioną na myjni? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z zapisami SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga drukarki wbudowanej w panel czołowy.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie o wymiarach (S x W x G) 75 x 165 cm x 69 cm? Dzięki większej wysokości oferowana przez nas myjnia zapewnia bardziej ergonomiczną pracę personelu Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający określił wymiary biorąc pod uwagę przewidziane zagospodarowanie zmywalni przy pracowni endoskopowej.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu p. 35 SIWZ? Zgodnie z zapisami normy proces w myjni powinien być procesem zwalidowanym. Norma nie podaje żadnych zestawów środków. Jeśli producent myjni lub producent środków przeprowadzi walidację procesu mycia i dezynfekcji w danym urządzeniu z danymi środkami to myjnia taka spełnia założenia normy PN-EN ISO 15883-1/4 więc wprowadzenie takiego wymogu nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga minimum potwierdzenia przez producenta oferowanego urządzenia zgodności z normą PN EN 15883-1 i 4

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu p. 35 SIWZ? Zgodnie z zapisami normy proces w myjni powinien być procesem zwalidowanym. Norma nie podaje żadnych zestawów środków. Jeśli producent myjni lub producent środków przeprowadzi walidację procesu mycia i dezynfekcji w danym urządzeniu z danymi środkami to myjnia taka spełnia założenia normy PN-EN ISO 15883-1/4 więc wprowadzenie takiego wymogu nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wprowadza takiego wymagania.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Pytanie nr 15

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia prowadziła monitoring ciśnienia w kanałach endoskopów? Na rynku dostępne są myjnie, w których nie jest badane ciśnienie wewnątrz kanałów więc nie ma żadnej pewności, iż kanał nie jest zatkany, a myjnia nie jest w stanie tego w żaden sposób zasygnalizować.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wprowadza takiego wymagania.

Z poważaniem,