

Nr sprawy ZP 8.7/5/10/2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na:

Dostawę urządzeń endoskopowych

Użyte w niniejszej SIWZ, pojęcia oznaczają:

1. **Ustawa Pzp** - ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020);
2. **SIWZ** – Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;
3. **Zamawiający** – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach z siedzibą w Pieszycach, adres: ul. Królowej Jadwigi 1, 58-250 Pieszyce;
4. **Wykonawca** - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach
ul. Królowej Jadwigi 1
58-250 Pieszyce
KRS: 0000066398, NIP 891100480, REGON 8821847960
Tel. , fax. [74 8367227](tel:748367227)
e-mail: fundusze@przychodniapieszyce.eu
<http://www.przychodniapieszyce.eu>

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: dwóch videokolonoskopów HDTV1080p wraz z systemem obrazowania i systemem archiwizacji badań endoskopowych, monitora HD, procesora obrazu HDTV , źródła światła, wózka endoskopowego, pompy wodnej do kolonoskopii, ssaka endoskopowego, kompresora oraz zestawu narzędzi do zabiegów endoskopowych.

Przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - kod CPV 33.16.81.00-6.

- A. Przedmiot zamówienia obejmuje jedno zadanie w skład którego wchodzi następujący zakres:
 - a. dostawa i uruchomienie urządzeń;
 - b. przeszkolenie osób obsługujących sprzęt w zakresie jego bieżącej eksploatacji, mycia i konserwacji;
 - c. udzielenie gwarancji na sprzęt minimum: 24 m-ce;
 - d. ubezpieczenie typu endocasco tj. obejmujące koszty dodatkowych napraw ponad uszkodzenia objęte warunkami gwarancji urządzeń przez okres 36 miesięcy.
- B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
- C. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia:



- a. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji 2016) tego samego producenta, wzajemnie kompatybilne, przystosowane do wspólnego systemu obrazowania. Ceny netto nie ulegają zmianie przez cały okres obowiązywania umowy;
- b. Termin zapłaty za przedmiot zamówienia - 30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.
- D. Przedmiot zamówienia dostarczany jest dla projektu pn.: *Kolonoskopia – złoty standard medycyny, współczesna konieczność dla zachowania zdrowia i długiego życia* finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie: 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.

IV. Informacja o ofertach częściowych, wariantowych, umowie ramowej, dynamicznym systemie zakupów i aukcji elektronicznej.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

VI. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

VII. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) Nie podlegają wykluczeniu:
Na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 ustawy PZP;
- 2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy
 - b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Nie dotyczy
 - c) Zdolności technicznej i zawodowej:
Nie dotyczy

VIII. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę:

- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
- 2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 ustawy PZP, należy złożyć:
Wypełniony druk oświadczenia wykonawcy – wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ.

2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć:
Wypełniony druk oświadczenia wykonawcy – wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ.
3. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:
Nie dotyczy
4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujący dokument potwierdzający dopuszczenie oferowanych urządzeń do obrotu na terytorium RP.
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „*spełnia-nie spełnia*” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.
6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 i 2.
7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 i 2.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
10. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - nie dotyczy.
11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - nie dotyczy.
12. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców - nie dotyczy.
13. Forma oświadczeń i dokumentów:
 - a) Dokumenty, o których mowa w pkt 4, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
 - b) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą;
 - c) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej;
 - d) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
15. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
16. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.



- poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty, oświadczenia się znajdują.
17. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
 18. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 17).
 19. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazane w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. Zaleca się aby oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje były składane przez obydwie strony drogą elektroniczną w formacie umożliwiającym edytowanie tekstu.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania ofert wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictw.

XI. Tryb udzielania wyjaśnień:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być składane faksem lub drogą elektroniczną.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej <http://www.przychodniapieszcyce.eu>
4. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
Urszula Słowik tel./fax 748367227

XII. Wymagania dotyczące wadium

Nie dotyczy.

XIII. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi **30 dni**.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2

do SIWZ.

2. Do oferty należy dołączyć dokumenty i oświadczenia wymienione w IX SIWZ oraz ewentualne pełnomocnictwa.
3. Zaleca się aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Zaleca się aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
8. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
9. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz napis: „Oferta na dostawę urządzeń endoskopowych. Nie otwierać przed dniem 02.11.2016r. godz. 13:00
10. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej w pkt 9 powyżej, z dopiskiem „Zmiana oferty”.
11. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez wysłanie informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
12. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł – nie później niż w terminie składania ofert – że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca w przypadku zastrzeżenia określonych części oferty jako tajemnicę przedsiębiorstwa, zobowiązany jest wykazać skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczącej ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Zaleca się również, aby dokumenty te były oznaczone i spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty.
13. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju oznaczonym Administracja
2. Termin składania ofert upływa **dnia 02.11.2016r. o godz. 13:00.**
3. Oferty zostaną otwarte w tym samym dniu o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego.
4. Decydująca jest data i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego. W przypadku ofert otrzymanych po terminie wskazanym w pkt 2, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
5. Otwarcie ofert jest jawne.

XVI. Opis kryteriów wyboru ofert oraz sposób oceny ofert.

1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
Kryteria: cena (C) – waga 60%, parametry techniczne (PT) - waga 40%
2. Maksymalna liczba punktów równa jest określonej wadze kryterium w %.
3. Sposób oceny oferty w kryterium **cena** – Zamawiający będzie oceniał cenę oferty wskazaną przez Wykonawcę w formularzu oferty, obliczoną w sposób określony w pkt XVII SIWZ, na podstawie podstawienia do wzoru zawartego w pkt 4 poniżej. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę cenę podaną w formularzu cenowym pkt 3.
4. Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium **cena**, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

$$P = [CN / CR] \times 60$$

P - ilość punktów dla kryterium

CN - najniższa oferowana cena

CR - cena brutto oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt w kryterium cena.

5. Sposób oceny oferty w kryterium Parametry techniczne (PT) – Zamawiający będzie przyznawał 5 punktów za każdy parament techniczny podlegający ocenie a wskazany w załączniku nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Maksymalnie 50 punktów.

6. Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium Paramenty techniczne, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

$$P = [PtMax / PtR] \times 40$$

P - ilość punktów dla kryterium

PtMax – ilość punktów jakie otrzymała oferta z maksymalną ilością punktów w tym kryterium;

PtR – ilość punktów jakie otrzymała oceniana oferta w tym kryterium.

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt w kryterium cena.

7. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

$$\text{Ocena oferty} = C + PT$$

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w formularzu oferty ceny - jako ceny kompletnej za całość zamówienia, jednoznacznej i ostatecznej z uwzględnieniem właściwej stawki podatku VAT.
2. Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny oferty poprzez wypełnienie wszystkich rubryk w formularzu cenowym na wszystkie oferowane elementy zamówienia. Wykonawca umieści też cenę brutto oferty i wartość podatku VAT w formularzu oferty.
3. Cenę brutto wszystkich elementów zamówienia należy skalkulować w sposób jednoznaczny, tzn. uwzględnić ewentualne oferowane upusty, koszty transportu, koszty ubezpieczenia, podatku VAT oraz wszystkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładności do dwóch miejsc po przecinku.
5. Cena musi obejmować całość zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą tę współpracę (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - a) określenia warunków udziału w postępowaniu,
 - b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
 - c) odrzucenia oferty odwołującego,



- d) opisu przedmiotu zamówienia,
- e) wyboru oferty najkorzystniejszej.
- 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
- 5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
- 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
- 7. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.

XXII. Podwykonawcy

- 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
- 2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
- 3. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
- 4. Przepisy pkt 4 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
- 5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
- 6. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

XXIII. Pozostałe informacje

- 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
- 2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 3. Wykonawcy, o których mowa w pkt 1 powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
- 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.
- 5. Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
- 6. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ oraz ogłoszeniu czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa Pzp nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp oraz rozporządzenia wydane na jej podstawie.

XXIV. Załączniki do SIWZ

- Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 2 – formularz oferty
- Załącznik nr 3 – oświadczenia wykonawcy
- Załącznik nr 4 – wzór umowy

Zatwierdzam

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszcach
ul. Królowej Jadwigi 1
58-250 Pieszyce

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

dla przetargu nieograniczonego

na:

Dostawę urządzeń endoskopowych.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa polegająca na zakupie dwóch videokolonoskopów HDTV1080p wraz z systemem obrazowania i systemem archiwizacji badań endoskopowych, monitora HD, procesora obrazu HDTV, źródła światła, wózka endoskopowego, pompy wodnej do kolonoskopii, ssaka endoskopowego, kompresora oraz zestawu narzędzi do zabiegów endoskopowych.

Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i na własne ryzyko dostarczyć oraz zainstalować przedmiot umowy Zamawiającemu do jego siedziby w godzinach od 8.00 do 15.00. Dodatkowo Wykonawca przeszkoli pracowników medycznych i technicznych z obsługi dostarczonych urządzeń.

2. Dodatkowe wymogi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.

- a) Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia były fabrycznie nowe, modele wyprodukowane w 2016 r.;
- b) Zamawiający wymaga, aby urządzenia wydane były w oryginalnych opakowaniach producenta;
- c) Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia posiadały oznaczenie CE; spełniały wszystkie normy PN, posiadały wymagane świadectwa rejestracji;
- d) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu łącznie z przedmiotem umowy:
 - Kartę Gwarancyjną.
 - Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski.
 - Instrukcję obsługi aparatu w języku polskim.
 - Zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym.
 - Specyfikę katalogową (handlową) aparatu.
 - Wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji aparatu.
 - Inne niezbędne dokumenty (opinie, certyfikaty, dopuszczenia – zgodnie z wymogami określonymi ustawą o wyrobach medycznych).
 - Protokoły wykonanych badań i pomiarów określonych przepisami.
 - Dokumentację serwisową.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA		
I.p.	Urządzenie	Parametr wymagany / oceniany
A.	PROCESOR OBRAZU HDTV1080p	
1.	Standard obrazowania: 1080	TAK
2.	Cyfrowe wyjścia HD1080: DVI-D, HD-SDI,	TAK
3.	Wyjścia wideo standard: S-video, Composite	TAK
4.	Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/DICOMM, Firewire.	TAK
5.	Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim	TAK
6.	Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż,ź) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta.	TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
7.	Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących zdjęcia z badań – załączyć USB Stick	TAK
8.	Zapisywanie zdjęć jako JPEG lub bezstratny TIFF	TAK
9.	System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomienia zapisu obrazów.	TAK
10.	Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu	TAK
11.	Możliwość uwydatniania krawędzi obrazu również po jego zatrzymaniu	TAK
12.	Optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany.	TAK
13.	Ilość programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze – min 2, na klawiaturze – min 2.	TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
14.	Funkcja ZOOM min x1,5	TAK
15.	Współpraca z posiadanymi wideoendoskopami	TAK
16.	Urządzenie objęte 24 miesięczną gwarancją	TAK
B.	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	
1.	Lampa Ksenon 300 Watt	TAK
2.	Optyczny filtr wąskiego pasma światła umieszczony w źródle światła, wycinający widmo światła odpowiedzialne za kolor czerwony.	TAK
3.	Zapasowa żarówka włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej o moc min 35W	TAK
4.	Automatyczna regulacja mocy światła	TAK
5.	Ręczna regulacja mocy światła min. +/- 7 stopni od pozycji 0	+/- 7 stopni- 0 pkt. Więcej – 5 pkt
6.	Współpraca z posiadanymi wideoendoskopami	TAK
7.	Pompa insuflacyjna min 2 poziomy (0-1)	Powyżej - 5 pkt.
8.	Urządzenie objęte 24 miesięczną gwarancją	TAK
C.	WIDEOKOLONOSKOP HDTV1080	

1.	Obrazowanie w standardzie HDTV1080	TAK
2.	Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy.	TAK
3.	Średnica sondy endoskopowej – max 12,9 mm	TAK
4.	Średnica końcówki sondy endoskopowej – max 13,2 mm	13,2 mm – 0 pkt. Poniżej – 5 pkt
5.	Kanał roboczy – min 3,6 mm	3,6 mm – 0 pkt. Powyżej – 5 pkt
6.	Głębina ostrości min 2 mm do 100 mm	TAK
7.	Zginanie końcówki Endoskopu: min. G: 180°, D:180°, L:160°, P:160°	TAK
8.	Pole widzenia – min 160°	160 – 0 pkt. Powyżej – 5 pkt
9.	Kanał irygacyjny Water Jet	TAK
10.	Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora – min 4 przyciski	4 przyciski - 0 pkt. Powyżej - 5 pkt
11.	Funkcja zmiany sztywności sondy w głowicy endoskopu	stała - 0 pkt. regulowana- 5 pkt.
12.	Długość sondy roboczej min 1300 mm	TAK
13.	Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających – potwierdzone w materiałach producenta	TAK
14.	Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający: - informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu oraz jego średnicy zewnętrznej i średnicy kanału roboczego - schemat kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego	TAK
15.	Aparat objęty 24 miesięczną gwarancją podstawową	TAK
16.	Ubezpieczenie typu endocasco 36 m-cy	TAK
17.	Zestaw startowy do każdego videokolonoskopu (szczypczyki wielorazowe z igłą dł. 2300mm – 2 szt., pętla wielorazowego użytku do polipektomii 15mm dł.2300 mm z rączką, pętla wielorazowego użytku do polipektomii 30mm dł.2300 mm z rączką, szczoteczki wielorazowe do czyszczenia aparatu 2 szt.)	TAK
D.	MONITOR MEDYCZNY HD	
1.	Rozdzielczość 1920X1080 px.	TAK
2.	Przekątna ekranu – 26"	TAK
3.	Obsługiwane wejścia: SDI, DVI, S-VIDEO, COMPOSITE,	TAK
4.	Urządzenie objęte 24 miesięczną gwarancją	TAK
5.	Rodzaj matrycy- LED: IPS-Pro	TAK
6.	Stosunek proporcji obrazu - 16:9	TAK
7.	Użytkowy kąt obserwacji - 178°	TAK
8.	Funkcja klonowania obrazu - obraz wychodzący na inny monitor lub nagrywarke zachowując widok PIP lub POP	TAK

9.	Funkcja wzmocnienia strukturalnego jednym dedykowanym podświetlonym (LED) przyciskiem na panelu.	TAK
E.	WÓZEK ENDOSKOPOWY	
1.	Podstawa jezdna z blokadą dwóch kół	TAK
2.	Wieszak na dwa endoskopy	TAK
3.	Przegubowe ramię umożliwiające manipulację ramieniem – góra, dół, lewo, prawo. Umożliwiające położenie monitora poza obrysem wózka.	TAK
4.	Transformator separujący umożliwiający podłączenie min 10 urządzeń	TAK
5.	Możliwość włączenia lub wyłączenia całego zestawu przyciskiem na panelu przednim wózka, z opcją jednoczesnego uruchomienia lampy źródła światła	TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
6.	Urządzenie objęte 24 miesięczną gwarancją	TAK
F.	SSAK ENDOSKOPOWY	
1.	Płynna regulacja mocy ssania	TAK
2.	Zbiorniki wielorazowe min 2 l	TAK
3.	Maksymalna moc ssania 95 kPa	TAK
4.	Nominalny swobodny przepływ powietrza – 50-60 l/min	TAK
5.	Zabezpieczenie przed przelaniem	TAK
6.	Filtr antybakteryjny	TAK
7.	Dreny jednorazowe pakowane po 50 szt. 2 m – jeden komplet	TAK
8.	Pokrywa na stoik wielorazowego użytku	TAK
G.	POMPA WATER JET	
1.	Urządzenie klasy medycznej, sterowane przez mikroprocesor	TAK
2.	Wskaźnik LED wskazujący aktualną moc pompy	TAK
3.	Podłączenie do zasilacza separującego wózka endoskopowego	TAK
4.	Możliwość sterowania za pomocą sterownika nożnego jak i sterowanie przyciskiem z głowicy endoskopu	TAK
5.	Funkcja zabezpieczająca przed nadmiernym podawaniem płynu podczas zabiegu - wyłączenie po 20 s ciągłej pracy.	TAK
6.	Regulacja mocy przepływu – 9 stopni	TAK
7.	Pojemnik na wodę 2 l, autoklawowalny	TAK
8.	W zestawie komplet drenów - 50 szt.	TAK
H.	SPRĘŻARKA POWIETRZA	
1.	Urządzenie służące do przedmuchiwania kanałów endoskopów giętkich	TAK
2.	Współpraca z endoskopami giętkimi	TAK
3.	Zasilanie 230 V	TAK
I.	SYSTEM ARCHIWIZACJI BADAŃ ENDOSKOPOWYCH	
1.	Terminarz do prowadzenia zapisów badań, listy roboczej	TAK

2	Oprogramowanie oparte na profesjonalnej, komercyjnej bazie danych Microsoft SQL Server	TAK
3	Możliwość rozbudowy systemu o komunikację elektroniczną wymiany danych w medycynie wg standardów (opcja): • HL7 z systemem typu HIS • DICOM 3.0 z serwerem typu PACS • DICOM WorkList z systemem typu RIS	TAK
4	Możliwość rozbudowy systemu o funkcjonalność rejestracji procesu dezynfekcji w myjni typu ETD -opcja	TAK
5	Tworzenie raportów z badań w oparciu o bloki tekstowe z możliwością: - zapisu własnych opisów badań do późniejszego wykorzystania, edycji raportu - importu procedur w formie plików *.CSV (np.: do rozliczeń z NFZ, ICD10, ICD09) - załączenia zdjęć zarejestrowanych podczas badania drukowanych bezpośrednio na raporcie	TAK
6	Kontrola ilości badań wykonanych przez personel oraz endoskop	TAK
7	Sterowanie rejestracją zdjęć bezpośrednio z przycisków na głowicy endoskopu firmy Olympus lub przycisku nożnego dla procesorów innych producentów	TAK
8	Pełna elektroniczna informacja o historii pacjenta z możliwością nagrania bezpośrednio na nośnik CD/DVD	TAK
9	Wyszukiwanie pacjentów po polach: PESEL, Nazwisko, Imię, data ur., nr książki głównej	TAK
10	Automatyczny transfer danych badania oraz pacjenta na monitor zestawu wideoendoskopowego	TAK
11	Możliwość eksportowania raportów w znanych formatach: PDF, TXT	TAK
12	Zapisywanie i edycja zdjęć z możliwością zaznaczania elementów graficznych i tekstu,	TAK
13	Zestaw komputerowy: Zestaw komputerowy dedykowany do systemu ENDOALPHA Documentation ENDOBASE. Elementy zestawu: 1.Stacja robocza (obudowa mini-tower, procesor Intel serii Core i7, RAM 8GB, HDD 1TB,naped optyczny DVD+/-RW, port 1xCOM RS232 złącze DB9, system operacyjny Windows 10 Professional PL OEM, 64 bit.) 2.Monitor LCD 21,5" 3.Zasilacz awaryjny UPS 4.Drukarka kolorowa A4 5.Klawiatura, mysz 6.Karta do przechwytywania obrazu w jakości SD 7.Okablowanie instalacyjne dla procesorów OLYMPUS serii EXERA. 8.Program Office.	TAK
J.	Gwarancja	
1	Naprawy gwarancyjne	TAK
2	Przeglądy 1 na rok w okresie gwarancji	TAK
3	Reakcja serwisu na zgłoszenie telefoniczne- w ciągu 2 dni roboczych.	TAK



**Fundusze
Europejskie**
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



3	Profesjonalny serwis oferowanego sprzętu zapewniający przywrócenie wszystkich funkcji gwarantujących efektywne i bezpieczne użytkowanie, a tym samym zgodność z parametrami określonymi w deklaracji zgodności i z medycznym znakiem CE zgodne z dyrektywą MDD i ustawą o wyrobach medycznych.	TAK
4	Czas naprawy endoskopów liczony od dnia przyjęcia sprzętu w siedzibie Serwisu do dnia odesłania naprawionego urządzenia do klienta - 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce, i do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską.	TAK
5	Pięciokrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy.	TAK
6	Okres dostępności części zamiennych – 8 lat od zakończenia produkcji sprzętu.	TAK



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Załącznik nr 2 – formularz oferty

FORMULARZ OFERTY
na
dostawę urządzeń endoskopowych.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach
ul. Królowej Jadwigi 1
58-250 Pieszycy

2. WYKONAWCA:

Oferta zostaje złożona przez:

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres e-mail	

4. JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- 1) zapoznałem(-liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
- 2) gwarantuję(-emy) wykonanie dostawy zgodnie z treścią: SIWZ, ewentualnymi wyjaśnieniami do SIWZ oraz modyfikacjami SIWZ,
- 3) cena oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:
.....netto
(słownie:.....), plus należny podatek VAT
(.....%) złotych
.....brutto
(słownie:.....)
- 4) oferuję (-my) następujące parametry dla urządzeń będących przedmiotem zamówienia:
:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

l.p.	Urządzenie	Parametr wymagany / oceniany	Parametry oferowane (Proszę opisać oraz podać zakresy, jeśli dotyczy. W przypadku, jeśli Zamawiający podaje wartości minimalne lub dopuszczalny zakres, proszę podać dokładną wartość oferowanych parametrów)
A.	PROCESOR OBRAZU HDTV1080p		<i>Proszę podać nazwę katalogową urządzenia</i>
1.	Standard obrazowania: 1080	TAK	
2.	Cyfrowe wyjścia HD1080: DVI-D, HD-SDI,	TAK	
3.	Wyjścia wideo standard: S-video, Composite	TAK	
4.	Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/DICOMM, Firewire.	TAK	
5.	Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim	TAK	
6.	Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż,ź) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta.	TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt	
7.	Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących zdjęcia z badań – załączyć USB Stick	TAK	
8.	Zapisywanie zdjęć jako JPEG lub bezstratny TIFF	TAK	
9.	System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomienia zapisu obrazów.	TAK	
10.	Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu	TAK	
11.	Możliwość uwydatniania krawędzi obrazu również po jego zatrzymaniu	TAK	
12.	Optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany.	TAK	
13.	Ilość programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze – min 2, na klawiaturze – min 2.	TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt	
14.	Funkcja ZOOM min x1,5	TAK	
15.	Współpraca z posiadanymi wideoendoskopami	TAK	
16.	Urządzenie objęte 24 miesięczną gwarancją	TAK	
B.	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA		<i>Proszę podać nazwę katalogową urządzenia</i>

1.	Lampa Ksenon 300 Watt	TAK	
2.	Optyczny filtr wąskiego pasma światła umieszczony w źródle światła, wycinający widmo światła odpowiedzialne za kolor czerwony.	TAK	
3.	Zapasowa żarówka włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej o moc min 35W	TAK	
4.	Automatyczna regulacja mocy światła	TAK	
5.	Ręczna regulacja mocy światła min. +/- 7 stopni od pozycji 0	+/- 7 stopni- 0 pkt. Więcej – 5 pkt	
6.	Współpraca z posiadanymi wideoendoskopami	TAK	
7.	Pompa insuflacyjna min 2 poziomy (0-1)	Powyżej - 5 pkt.	
8.	Urządzenie objęte 24 miesięczną gwarancją	TAK	
C.	WIDEOKOLONOSKOP HDTV1080		<i>Proszę podać nazwę katalogową urządzenia</i>
1.	Obrazowanie w standardzie HDTV1080	TAK	
2.	Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy.	TAK	
3.	Średnica sondy endoskopowej – max 12,9 mm	TAK	
4.	Średnica końcówki sondy endoskopowej – max 13,2 mm	13,2 mm – 0 pkt. Poniżej – 5 pkt	
5.	Kanał roboczy – min 3,6 mm	3,6 mm – 0 pkt. Powyżej – 5 pkt	
6.	Głębokość ostrości min 2 mm do 100 mm	TAK	
7.	Zginanie końcówki Endoskopu: min. G: 180°, D:180°, L:160°, P:160°	TAK	
8.	Pole widzenia – min 160°	160 – 0 pkt. Powyżej – 5 pkt	
9.	Kanał irygacyjny Water Jet	TAK	

10.	Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora – min 4 przyciski	4 przyciski - 0 pkt. Powyżej - 5 pkt	
11.	Funkcja zmiany sztywności sondy w głowicy endoskopu	stała - 0 pkt. regulowana- 5 pkt.	
12.	Długość sondy roboczej min 1300 mm	TAK	
13.	Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających – potwierdzone w materiałach producenta	TAK	
14.	Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający: - informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu oraz jego średnicy zewnętrznej i średnicy kanału roboczego - schemat kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego	TAK	
15.	Aparat objęty 24 miesięczną gwarancją podstawową	TAK	
16.	Ubezpieczenie typu endocasco 36 m-cy	TAK	
17.	Zestaw startowy do każdego videokolonoskopu (szczypczyki wielorazowe z igłą dł. 2300mm – 2 szt., pętla wielorazowego użytku do polipektomii 15mm dł.2300 mm z rączką, pętla wielorazowego użytku do polipektomii 30mm dł.2300 mm z rączką, szczoteczki wielorazowe do czyszczenia aparatu 2 szt.)	TAK	
D.	MONITOR MEDYCZNY HD		<i>Proszę podać nazwę katalogową urządzenia</i>
1.	Rozdzielczość 1920X1080 px.	TAK	
2.	Przekątna ekranu – 26"	TAK	
3.	Obsługiwane wejścia: SDI, DVI, S-VIDEO, COMPOSITE,	TAK	
4.	Urządzenie objęte 24 miesięczną gwarancją	TAK	
5.	Rodzaj matrycy- LED: IPS-Pro	TAK	
6.	Stosunek proporcji obrazu - 16:9	TAK	
7.	Użytkowy kąt obserwacji - 178°	TAK	
8.	Funkcja klonowania obrazu - obraz wychodzący na inny monitor lub nagrywarke zachowując widok PIP lub POP	TAK	
9.	Funkcja wzmocnienia strukturalnego jednym dedykowanym podświetlonym (LED) przyciskiem na panelu.	TAK	

E.	WÓZEK ENDOSKOPOWY	Proszę podać nazwę katalogową urządzenia
1.	Podstawa jezdna z blokadą dwóch kół	TAK
2.	Wieszak na dwa endoskopy	TAK
3.	Przegubowe ramię umożliwiające manipulację ramieniem – góra, dół, lewo, prawo. Umożliwiające położenie monitora poza obrysem wózka.	TAK
4.	Transformator separujący umożliwiający podłączenie min 10 urządzeń	TAK
5.	Możliwość włączenia lub wyłączenia całego zestawu przyciskiem na panelu przednim wózka, z opcją jednoczesnego uruchomienia lampy źródła światła	TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
6.	Urządzenie objęte 24 miesięczną gwarancją	TAK
F.	SSAK ENDOSKOPOWY	Proszę podać nazwę katalogową urządzenia
1.	Płynna regulacja mocy ssania	TAK
2.	Zbiorniki wielorazowe min 2 l	TAK
3.	Maksymalna moc ssania 95 kPa	TAK
4.	Nominalny swobodny przepływ powietrza – 50-60 l/min	TAK
5.	Zabezpieczenie przed przelaniem	TAK
6.	Filtr antybakteryjny	TAK
7.	Dreny jednorazowe pakowane po 50 szt. 2 m – jeden komplet	TAK
8.	Pokrywa na słoik wielorazowego użytku	TAK
G.	POMPA WATER JET	Proszę podać nazwę katalogową urządzenia
1	Urządzenie klasy medycznej, sterowane przez mikroprocesor	TAK
2	Wskaźnik LED wskazujący aktualną moc pompy	TAK
3	Podłączenie do zasilacza separującego wózka endoskopowego	TAK
4	Możliwość sterowania za pomocą sterownika nożnego jak i sterowanie przyciskiem z głowicy endoskopu	TAK
5	Funkcja zabezpieczająca przed nadmiernym podawaniem płynu podczas zabiegu - wyłączenie po 20 s ciągłej pracy.	TAK
6	Regulacja mocy przepływu – 9 stopni	TAK
7	Pojemnik na wodę 2 l, autoklawowalny	TAK
8	W zestawie komplet drenów - 50 szt.	TAK

H.	SPRĘŻARKA POWIETRZA		Proszę podać nazwę katalogową urządzenia
1.	Urządzenie służące do przedmuchiwania kanałów endoskopów giętkich	TAK	
2.	Współpraca z endoskopami giętkimi	TAK	
3.	Zasilanie 230 V	TAK	
I.	SYSTEM ARCHIWIZACJI BADAŃ ENDOSKOPOWYCH		Proszę podać nazwę katalogową urządzenia
1	Terminarz do prowadzenia zapisów badań, listy roboczej	TAK	
2	Oprogramowanie oparte na profesjonalnej, komercyjnej bazie danych Microsoft SQL Server	TAK	
3	Możliwość rozbudowy systemu o komunikację elektroniczną wymiany danych w medycynie wg standardów (opcja): • HL7 z systemem typu HIS • DICOM 3.0 z serwerem typu PACS • DICOM WorkList z systemem typu RIS	TAK	
4	Możliwość rozbudowy systemu o funkcjonalność rejestracji procesu dezynfekcji w myjni typu ETD - opcja	TAK	
5	Tworzenie raportów z badań w oparciu o bloki tekstowe z możliwością: - zapisu własnych opisów badań do późniejszego wykorzystania, edycji raportu - importu procedur w formie plików *.CSV (np.: do rozliczeń z NFZ, ICD10, ICD09) - załączenia zdjęć zarejestrowanych podczas badania drukowanych bezpośrednio na raporcie	TAK	
6	Kontrola ilości badań wykonanych przez personel oraz endoskop	TAK	
7	Sterowanie rejestracją zdjęć bezpośrednio z przycisków na głowicy endoskopu firmy Olympus lub przycisku nożnego dla procesorów innych producentów	TAK	
8	Pełna elektroniczna informacja o historii pacjenta z możliwością nagrania bezpośrednio na nośnik CD/DVD	TAK	
9	Wyszukiwanie pacjentów po polach: PESEL, Nazwisko, Imię, data ur., nr książki głównej	TAK	
10	Automatyczny transfer danych badania oraz pacjenta na monitor zestawu wideoendoskopowego	TAK	
11	Możliwość eksportowania raportów w znanych formatach: PDF, TXT	TAK	
12	Zapisywanie i edycja zdjęć z możliwością zaznaczania elementów graficznych i tekstu,	TAK	
13	Zestaw komputerowy: Zestaw komputerowy dedykowany do systemu ENDOALPHA Documentation ENDOBASE. Elementy zestawu: 1.Stacja robocza (obudowa mini-tower, procesor Intel serii Core i7, RAM 8GB,	TAK	

	HDD 1TB,naped optyczny DVD+/-RW, port 1xCOM RS232 złącze DB9, system operacyjny Windows 10 Professional PL OEM, 64 bit.) 2.Monitor LCD 21,5" 3.Zasilacz awaryjny UPS 4.Drukarka kolorowa A4 5.Klawiatura, mysz 6.Karta do przechwytywania obrazu w jakości SD 7.Okablowanie instalacyjne dla procesorów OLYMPUS serii EXERA. 8.Program Office.		
J.	Gwarancja		<i>Proszę podać nazwę katalogową urządzenia</i>
1	Naprawy gwarancyjne	TAK	
2	Przeglądy 1 na rok w okresie gwarancji	TAK	
3	Reakcja serwisu na zgłoszenie telefoniczne- w ciągu 2 dni roboczych.	TAK	
3	Profesjonalny serwis oferowanego sprzętu zapewniający przywrócenie wszystkich funkcji gwarantujących efektywne i bezpieczne użytkowanie, a tym samym zgodność z parametrami określonymi w deklaracji zgodności i z medycznym znakiem CE zgodne z dyrektywą MDD i ustawą o wyrobach medycznych.	TAK	
4	Czas naprawy endoskopów liczony od dnia przyjęcia sprzętu w siedzibie Serwisu do dnia odesłania naprawionego urządzenia do klienta - 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce, i do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską.	TAK	
5	Pięciokrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy.	TAK	
6	Okres dostępności części zamiennych – 8 lat od zakończenia produkcji sprzętu.	TAK	

- 5) oferowany *przeze mnie / przez nas*¹ termin wykonania niniejszego zamówienia jest zgodny z postanowieniami SIWZ,
- 6) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
- 7) zapoznałem(-liśmy) się i akceptuję(-emy) treść wzoru umowy będącej załącznikiem nr do SIWZ
- 8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowy zobowiązuję(-emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
- 9) składam(-y) niniejszą ofertę *we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*²,
- 10) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / *zamierzam(y) powierzać do podwykonania następujące części niniejszego zamówienia*³

I.p.	Nazwa i adres podwykonawcy	Zakres:
1.		

- 12) Oświadczam (-my), że w przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną.
- 13) Podaję (-my) nazwy (podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

I.p.	Nazwa i adres podwykonawcy Zakres:
1.	

Data i podpis:

¹ niepotrzebne skreślić

² niepotrzebne skreślić

³ niepotrzebne skreślić

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa pzp),
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na dostawę urządzeń endoskopowych.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach
ul. Królowej Jadwigi 1,
58-250 Pieszyce

2. WYKONAWCA:

Oferta zostaje złożona przez:

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam (-my), że nie podlegam (-my) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam (-my), że nie podlegam (-my) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

<i>Miejscowość, data</i>	<i>podpis</i>

Oświadczam (-my), że zachodzą w stosunku do mnie (nas) podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp*). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

<i>Miejscowość, data</i>	<i>podpis</i>

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam (-my), że w stosunku do następującego (-ych) podmiotu (-tów), na którego (-ych) zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu tj.:

<i>nazwa, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)</i>

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

<i>Miejscowość, data</i>	<i>podpis</i>

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam (-my), że w stosunku do następującego (-ych) podmiotu (-tów), będącego (-ych) podwykonawcą (-ami):

<i>nazwa, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)</i>

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

<i>Miejscowość, data</i>	<i>podpis</i>

Wzór umowy

zawarta dnia roku w Pieszcach pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszcach z siedzibą w Pieszcach, adres: ul. Królowej Jadwigi 1, 58-250 Piszce, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000066398, NIP 891100480, REGON 8821847960, który reprezentuje:

Jerzy Wester - Dyrektor

zwanym w dalszej treści umowy **Zamawiającym**,

a

.....zwanym/ą
w dalszej części umowy **Wykonawcą**.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa dwóch videokolonoskopów HDTV1080p wraz z systemem obrazowania i systemem archiwizacji badań endoskopowych, monitora HD, procesora obrazu HDTV, źródła światła, wózka endoskopowego, pompy wodnej do kolonoskopii, ssaka endoskopowego, kompresora oraz zestawu narzędzi do zabiegów endoskopowych szczegółowo opisanych w:
 - a) ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do umowy;
 - b) szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do umowy,zwanymi dalej urządzeniami lub przedmiotem umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i na własne ryzyko dostarczyć przedmiot umowy Zamawiającemu do jego siedziby wskazanej w komparycji umowy.
3. Instalacja i uruchomienie sprzętu nastąpi w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego.
4. Po uruchomieniu urządzeń Wykonawca przeprowadzi szkolenie na stanowisku pracy personelu obsługującego dane urządzenia. Szkolenie może zostać zakończone dopiero po stwierdzeniu przez osobę prowadzącą szkolenie, że osoby szkolone posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do obsługi urządzeń. Wykonawca po zakończeniu szkolenia sporządzi w 2 egz. protokół ze szkolenia na którym osoby szkolone potwierdzą podpisem odbycie szkolenia.

§ 2

1. Strony ustalają cenę za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 w wysokości złotych netto (słownie:), do której zostanie doliczony należny podatek VAT. Cena brutto wraz z podatkiem VAT wynosizłotych.
2. Płatność będzie zrealizowana jednorazowo po podpisaniu bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego.
3. Cena określona w ust. 1 obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za wykonanie przedmiotu umowy. Cena obejmuje wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją umowy, w szczególności: cła i podatki związane z wykonaniem przedmiotu umowy, koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy w transporcie.
4. Zapłata dokonana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę poprawnie wystawionej faktury VAT.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 3

1. Zamawiający wymaga, aby jakość przedmiotu umowy była zgodna z wymaganiami określonymi w załącznikach nr 1 i 2 do umowy, zaś Wykonawca zobowiązuje się taki przedmiot umowy sprzedać. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługi wchodzące w zakres przedmiotu umowy z najwyższą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru wykonywanej działalności.
2. Dostawca zapewnia Zamawiającego, że dostarczone przez niego urządzenia są urządzeniami fabrycznie nowymi, dobrej jakości, spełnia wszystkie normy PN, posiadają wymagane świadectwa rejestracji, oraz kompatybilne z innymi urządzeniami będącymi przedmiotem zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, że urządzenia są wyrobem medycznym w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876), posiadają deklarację zgodności, a także certyfikat jednostki notyfikowanej oraz zgłoszenie (powiadomienie) do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania.

4. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego przedłożyć dokument potwierdzający dopuszczenie urządzeń do obrotu na terytorium RP w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku Zamawiającego.

§ 4

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu łącznie z przedmiotem umowy:

- a. Kartę Gwarancyjną.
- b. Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski.
- c. Instrukcję obsługi aparatu w języku polskim.
- d. Zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym.
- e. Specyfikę katalogową (handlową) aparatu.
- f. Wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji aparatu.
- g. Inne niezbędne dokumenty (opinie, certyfikaty, dopuszczenia – zgodnie z wymogami określonymi ustawą o wyrobach medycznych).
- h. Protokoły wykonanych badań i pomiarów określonych przepisami.
- i. Dokumentację serwisową.

§ 5

1. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń endoskopowych oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy kompletnie z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, z należytą starannością, zgodnie z opisem, o którym mowa w § 1, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i wykonać usługi wchodzące w zakres przedmiotu umowy w terminie do 2016 r.
4. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy faksem lub mailem do osoby wskazanej do kontaktu ze strony Zamawiającego, najpóźniej dwa dni robocze przed dniem dostawy przedmiotu umowy.

§ 6

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, po zakończeniu dostawy i wykonaniu wszelkich obowiązków Wykonawcy wskazanych w umowie.
2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
3. Terminy wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 3 uważa się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem został sporządzony i podpisany przez strony umowy bezusterkowy protokół odbioru.
4. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wykrytych wad w przedmiocie umowy, Strony nie sporządzą protokołu odbioru, a upoważniony przedstawiciel Zamawiającego przekaze Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń co do przedmiotu umowy.
5. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie umowy wad w rozumieniu § 7 Umowy, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu umowy wolnego od wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
6. Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury obejmującej umowne wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy.
7. Zamawiający ustanawia do odbioru przedmiotu umowy oraz do kontaktów z Wykonawcą: – e-mail:, tel.
8. Osobą do kontaktów z Zamawiającym oraz upoważnioną do przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest, tel. fax., mail:

§ 7

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu umowy.
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność oferowanego przedmiotu umowy z opisem zawartym w załącznikach nr 1 i 2 do umowy.

3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot umowy dostarczony i zainstalowany w ramach Umowy jest wolny od wad fizycznych.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu zamówienia, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem przedmiotu umowy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem przedmiotu umowy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy spowoduje naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich lub wszczęty zostanie w tym zakresie spór, Wykonawca na wniosek Zamawiającego weźmie bezpośredni udział w sporze z osobą trzecią w zakresie naruszenia przysługujących jej praw, o ile spór taki oparty będzie na zarzucie osoby trzeciej, że korzystanie z wykonanego przedmiotu umowy przez Zamawiającego w jakikolwiek sposób narusza prawa takiej osoby trzeciej. Wykonawca zwróci Zamawiającemu uzasadnione koszty wydatków koniecznych do prowadzenia obrony.

§ 8

1. Wykonawca udziela gwarancji sprawności i bezusterkowego działania przedmiotu umowy na okres wskazany w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. Okresy gwarancji nie mogą być krótsze niż gwarancja udzielona przez producenta. Termin gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru całości zamówienia.
2. Dostarczone urządzenia zostaną objęte ubezpieczeniem endocasco tj. obejmującym koszty dodatkowych napraw ponad uszkodzenia objęte warunkami gwarancji przez okres 36 miesięcy. Koszt tego ubezpieczenia jest wliczony w cenę oferty.
3. W okresie objętym gwarancją Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest do:
 - a) naprawy zareklamowanego przedmiotu umowy lub jego części, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad w funkcjonowaniu, terminie 48 godzin dnia od chwili otrzymania informacji o wystąpieniu wady, zgodnie z ust. 3 i 4, z zastrzeżeniem pkt. b;
 - b) wymiany zareklamowanego urządzenia bądź jego części na nowe i wolne od wad w przypadku wystąpienia niemożliwych do naprawienia wad, w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wystąpieniu wady, z zastrzeżeniem ust. 6
4. W razie wystąpienia wad w funkcjonowaniu urządzenia, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę telefonicznie oraz pisemnie mailem.
5. Wykonawca zobowiązany jest do nawiązania kontaktu z osobą zlecającą naprawę i uzgodnienia terminu przyjazdu serwisanta - zgodnie z poniższymi zapisami:
 - a) jeśli nieprawidłowość w funkcjonowaniu zostanie zgłoszona w godz. 8:00 – 12:00, nawiązanie kontaktu nastąpi nie później niż do godz. 16:00 tego samego dnia;
 - b) jeśli nieprawidłowość w funkcjonowaniu zostanie zgłoszona w godz. 12:00 – 8:00, nawiązanie kontaktu nastąpi nie później niż do godz. 12:00 następnego dnia roboczego (od poniedziałku do piątku);
 - c) jeśli nieprawidłowość w funkcjonowaniu zostanie zgłoszona w godz. 12:00 – 16:00 w dzień poprzedzający dzień wolny od pracy reakcja serwisu nastąpi nie później niż do godz. 12:00 następnego dnia roboczego.
6. Wykonawca dokona wymiany na nowy albo udostępni Zamawiającemu do bezpłatnej eksploatacji przez okres trwania naprawy, sprzęt zastępczy wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż parametry sprzętu wymienianego, gdy czas niesprawności urządzenia przekroczy 5 dni licząc od dnia zgłoszenia do tej naprawy. Wymiana nastąpi wraz z upływem ww. okresu bez zgłaszania przypominającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany uszkodzonego urządzenia lub elementu urządzenia na nowe, wolne od wad w przypadku trzech napraw tego samego podzespołu lub trzykrotnej jego wymiany.
8. Dla systemu archiwizacji badań endoskopowych usługa hotline realizowana będzie telefonicznie lub poprzez dostęp zdalny. Konsultacja techniczna jest podejmowana niezwłocznie. Interwencja serwisowa w siedzibie klienta odbywa się po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego w ciągu 7 dni roboczych.
9. Usunięcie awarii, wady, usterki, dostarczenie sprzętu zastępczego, wymiana na sprzęt nowy, wolny od wad obejmuje również zainstalowanie i uruchomienie sprzętu w miejscu jego użytkowania – w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1.

10. Uregulowania niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy gwarancja udzielona jest przez producenta sprzedawanych urządzeń. W takim wypadku Wykonawca może posłużyć się serwisem producenta, o ile warunki serwisu i gwarancji są nie gorsze od wyżej opisanych.
11. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
12. Po okresie gwarancji Dostawca zapewnia możliwość serwisu pogwarancyjnego realizowanego przez punkty serwisowe wskazane przez Dostawcę, oraz gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 8 lat licząc od daty dostawy urządzenia.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;
 - b) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym z powodu niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy z warunkami określonymi w załącznikach nr 1 i 2 do umowy, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust. 1;
 - c) w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn innych niż zawinione przez Zamawiającego – w wysokości 10 % wartości umowy netto;
 - d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia ustalonego na usunięcie wad.
2. Zapłata kary umownej nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę wezwania do jej zapłaty.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
4. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli szkoda przekracza wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z powodów nieobjętych karą umowną.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za część, od wykonania której Wykonawca odstąpił.

§ 10¹

1. Wykonawca, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wyraża pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie określonym w załączniku nr 3 do umowy. Załącznik nr 3 przechowuje Zamawiający w swojej siedzibie.
2. Zamawiającemu powierzone zostało przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zwany dalej Instytucją Zarządzającą, przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych w ramach zbiorów danych osobowych:
 - a. Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014 – 2020;
 - b. Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Nr RPDS/02/2015 z dnia 14.08.2015 r., zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju (Powierzającym) a Instytucją Zarządzającą.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych wskazanego w ust. 2a jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-114 Wrocław.
4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych wskazanego w ust. 2b jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w CST.
5. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jest na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 oraz 3 ustawy o ochronie danych osobowych.
6. Zamawiający informuje Wykonawcę, iż Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy wyłącznie do celów związanych z realizacją zadań Instytucji Zarządzającej określonych w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz w celu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu) oraz w celu zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Programu, w zgodzie z przepisami prawa.

¹ § dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego
2. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich postanowień niniejszej umowy. Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

§ 12

1. Zamawiający oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy także w razie:
 - a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 - b) opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy o więcej niż 14 dni;
 - c) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji o więcej niż 14 dni.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanej części umowy.

§ 13

Strony dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie. W przypadku, gdy nie dojdą do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) za zgodą obu Stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:

Zamawiający:

Załączniki:

Załącznik nr 3 do umowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym:

Lp.	Zakres:
1	<i>Nazwa wykonawcy</i>
2	<i>Kraj</i>
3	<i>NIP wykonawcy</i>

przez Administratora Danych, którym jest:

- a. Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - w odniesieniu do zbioru: „*Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014 – 2020*”.
- b. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w przy pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa - w odniesieniu do zbioru: „*Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych*”.

Moje dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020.

Wyrażam także zgodę na przekazywanie moich danych innym podmiotom (jeśli zachodzi taka potrzeba) w związku z realizacją ww. celu.

.....
miejscowość, dnia

.....
imię i nazwisko, podpis