

Dotyczy postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na „Pogwarancyjną obsługę serwisową rezonansu magnetycznego Magnetom Essenza 1,5T o sn. 49100 w siedzibie Zamawiającego.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW O ZMIANIE SIWZ

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ pkt. III.6 na następujący:

III. Opis przedmiotu zamówienia.

6. Wymagania ogólne w stosunku do Wykonawcy:

- a) Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z wymogami producenta rezonansu magnetycznego, obowiązującymi normami oraz z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.
- b) Wykonawca powinien dysponować osobami odpowiednio przeszkolonymi w zakresie serwisowania rezonansów Magnetom Essenza oraz posiadającymi kwalifikacje do wykonywania prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
- c) Przedmiot zamówienia Wykonawca będzie wykonywał przy użyciu własnych narzędzi i materiałów w siedzibie Zamawiającego.
- d) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności przeglądowych i związanych z nim czynności konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta.
- e) Wymiana części jest objęta przedmiotem zamówienia obejmuje:
 - Dostawy nowych, oryginalnych i w oryginalnych opakowaniach części zamiennych w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem magnesu nadprzewodzącego zdefiniowanego od komory próżniowej do displacera - wyłączenie dotyczy tylko samego magnesu, a także za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego, w tym helu.
 - Dostarczone części zamienne powinny być fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, oryginalne w oryginalnym opakowaniu (Zamawiający nie dopuszcza zamiennika ani elementu regenerowanego, rekondycjonowanego lub używanego). Gwarancja - minimum 6 miesięcy na części zamienne.
 - Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów i napraw.
 - Cykliczne wymiana części istotnych dla bezpieczeństwa tj. Tales (wymiana co 2 lata), Adsorber (wymiana co 3 lata) oraz I Colhead.
 - Dostawy materiałów do przeprowadzanych modyfikacji.
 - Wymiana oprogramowania systemowego i aplikacyjnego na wersje instalowane fabrycznie w danym czasie w aparaturze odpowiadającego typu.
 - Wymiana na nowe procesora obrazowego w czasie trwania Umowy wymieniane komponenty powinny odpowiadać standardowi jaki w danym czasie jest instalowane fabrycznie w aparaturze odpowiadającego typu; wymienione części zostaną zwrócone Wykonawcy.
- f) Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania wykonanych czynności do dokumentacji eksploatacji sprzętu (Paszportu) oraz wystawienia Certyfikatu, zaświadczającego o sprawności aparatu oraz informującego o przeprowadzonej okresowej kontroli i konserwacji zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta.
- g) Wykonawca będzie wykonywał przeglądy techniczne zgodnie z harmonogramem zalecanym przez producenta w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
- h) Prace będące przedmiotem umowy odbywać się będą w dni robocze.
- i) W przypadku awarii Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia naprawy zdalnej w terminie do 2 godzin w dni robocze (jako dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.) od zgłoszenia. Zamawiający dopuszcza powiadomienie w formie faksu lub telefonicznie pod wskazany numer.

- j) Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia naprawy w siedzibie Zamawiającego w terminie 48 godzin od zgłoszenia.
- k) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii z wymianą części zamiennych w terminie 96 godzin *od chwili rozpoczęcia naprawy w siedzibie Zamawiającego.*
- l) Zamawiający udostępni Wykonawcy łącze w celu zdalnego dostępu do aparatu do celów serwisowych i monitorowania parametrów. Zapewnienie dodatkowych urządzeń wymaganych do zestawienia połączenia jeżeli takowe będą wymagane oraz konfiguracja połączenia leżą w gestii Wykonawcy i muszą być wliczone w cenę oferty. Wykonawca zagwarantuje, że wykorzystanie tego połączenia w celach serwisowych nie narusza ustawy o ochronie danych osobowych *oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).* Wymagane złożenie stosownego oświadczenia na etapie podpisania umowy.
- m) Każdorazowo, po wykonaniu obsługi serwisowej lub usunięciu awarii zostanie sporządzony przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół – karta pracy – zawierający datę wykonania obsługi, zakres wykonanych prac.
- n) Jako termin usunięcia awarii rozumie się datę podpisania przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, karty pracy. Każda ze stron zobowiązana jest podpisać kartę pracy w dniu usunięcia awarii.
- ~~o) Wszystkie wymontowane i wymienione części pozostają własnością Zamawiającego chyba, że inaczej przewiduje przedstawiona i zaakceptowana oferta na dostawę tych części uzyskana w drodze odrębnej procedury przetargowej.~~
- p) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, w szczególności obowiązującymi przepisami i normami oraz zaleceniami producenta.
- q) Zadaniem Wykonawcy, o ile będzie to konieczne, będzie zdjęcie i wzbudzenia pola magnetycznego magnesu nadprzewodzącego, zatem Wykonawca ma dysponować lub będzie dysponował odpowiednimi narzędziami służącymi do tych czynności.
- r) Wykonawca dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia ma dysponować kodami serwisowymi, pełną dokumentacją techniczną wraz ze schematami naprawczymi aparatu Magnetom Essenza.

Ponadto Zamawiający informuje że zmianie uległ załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy.

REKTORA
UNIWERSYTETU PUBLICZNEGO
IM. PIOTRA SKŁADKOWSKIEGO
W PLESZCHY
Urząd Słowik