

Pieszycy, 27 sierpnia 2018 roku

Nr sprawy ZP 6.2/8/4/2018

Dotyczy postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup wyposażenia rehabilitacyjnego na potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczącego powyższego przetargu, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wniosek otrzymany w dniu: 24.08.2018 r.

Pytanie dotyczy: Aparat do ultradźwięków 1-kanalowy.

Czy wymagają Państwo w zestawie z aparatem bezobsługowej głowicy ultradźwiękowej o rozmiarze 12cm²?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga bezobsługową głowicę o rozmiarze 12cm² z czterema kryształami.